

## 报 价 函

致：池州学院国有资产管理处

我单位已经阅读并同意池州学院低速大容量离心机主机采购项目（项目编号：CZXY201707）询价采购公告的全部内容，经认真研究，作出如下承诺及报价：

### 一、承诺：

1. 本单位的报价一旦成交，该报价即为合同价；
2. 本单位若荣幸地成为本项目的成交单位，同意将此项目报价函作为合同的重要组成部分。

### 二、报价：

序号	品名	数量	规格参数	报价 (元)
1	低速大容量离心机	1	<p>微机控制，大力矩免维护无刷变频电机驱动。</p> <p>拥有多款转子，实现一机多用，转子具有生物安全盖。</p> <p>配有转子自动识别系统，具有超速保护功能。</p> <p>智能界面，触摸面板，TFT 真彩大屏幕触控液晶显示/数码显示，触控，按键两用；</p> <p>10 档升降速，其中一档为自由停车，快慢可选。</p> <p>20 种常用程序存储功能，程序可编，可存，可取；</p> <p>配有转速测试窗，方便转速的校正与检测。</p> <p>设有多重减震装置，具有自动平衡功能，运行平稳，振动小，噪音低。</p> <p>不锈钢内腔，多层安全保护保护钢套，静音机电一体化电机门锁，安全可靠。</p> <p>特殊风冷结构，温升低。</p> <p>设有超速、超温，不平衡、门禁、误操作、过流、过压等多种保护。</p> <p>并有 10 种自我诊断保护功能，确保人身和仪器安全。</p> <p>转子、试管均可高温灭菌。</p> <p>可为用户定制各种转子。</p>	

		转子规格:				
		<b>转子</b>	<b>容量</b>	<b>TDZ5-WS</b>	<b>试管尺寸</b>	<b>试管类型</b>
		3N 水平管	4×50ml	5000r/min	∅30×116	PP 圆底、尖底带刻
		转子架	4×100ml	4390×g	∅38×120	PP. PC
投标报价大写为：_____元。						

三、联系人：

联系电话：

(投标单位盖章) 年 月 日